

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 林慧玲	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 广西工人医院	
项目信息	项目名称: 清洗液(冲洗液)、免疫组化抗原修复缓冲液 1、免疫组化抗原修复缓冲液 2、书写仪墨盒采购	
	项目预算金额: 56.6580 万元	
	供应商名称: 南宁厚海仪器设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>广西壮族自洽区妇幼保健院目前使用的染色机(型号: BOND-MAX),为徕卡生物系统(黑尔本)有限公司生产,目前仅有原厂生产的清洗液 AR9590、免疫组化抗原修复缓冲液 AR9961、免疫显色试剂 DS9800、免疫组化抗原修复缓冲液 AR9640、书写仪墨盒 Ips 20ml cartridge kit 是唯一直接使用耗材。徕卡显微系统(上海)贸易有限公司-徕卡仪器有限公司授权南宁厚海仪器设备有限公司在广西唯一经销商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“(一)只能从唯一供应商处采购的”建议采购采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	林慧玲	日期: 2023年10月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>夏萍</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>南宁市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 清洗液(冲洗液)、免疫组化抗原修复缓冲液 1、免疫组化抗原修复缓冲液 2、书写仪墨盒采购	
	项目预算金额: 56.6580 万元	
	供应商名称: 南宁厚海仪器设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>南宁厚海仪器设备有限公司为清洗液(冲洗液)、免疫组化抗原修复缓冲液1、免疫组化抗原修复缓冲液2、书写仪墨盒在广西唯一经销商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”及《桂财办[2021]4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一章第(五):需要执行政府采购政策等特殊情形的情形,建议采用单一来源的方式从南宁厚海仪器设备有限公司采购。采购的产品为专用专用的耗材。</p>	
专业人员签字	<u>夏萍</u>	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>廖u字</u>	
	职称: <u>主管药师</u>	
	工作单位: <u>退休</u>	
项目信息	项目名称: 清洗液(冲洗液)、免疫组化抗原修复缓冲液 1、免疫组化抗原修复缓冲液 2、书写仪墨盒采购	
	项目预算金额: 56.6580 万元	
	供应商名称: 南宁厚海仪器设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>广西壮族自治区妇幼保健院目前使用的染色机(型号: BOND BOND-MAX), 为徕卡生物系统(墨尔本)有限公司生产, 产地澳大利亚。目前市面上仅有徕卡原厂生产的清洗液 AR P50、免疫组化抗原修复缓冲液 AR P61、免疫显色试剂 DS P20、免疫组化抗原修复缓冲液 AR P60、书写仪墨盒 IPS 250ml Cartridge kit 是唯一可以与染色机(型号: BOND-MAX) 结合使用的配套耗材, 没有其他品牌可代替使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条“(一)只能从唯一供应商处采购的”。<u>建议</u>采购用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>廖u字</u>	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。